



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sayı : 83529411-10//1347

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

1.11.2017

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)


Namık ÇOT
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme/İşin Adı	UBB KODU	Miktarı	Birimi	Tes. Tarihi	Birim Fiyat TL	Toplam Fiyat TL
1	HASTA DEVRESİ YENİDOĞAN		80	Adet			
						TOPLAM	

İdari Şartlar:

- 1.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
- 2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
- 3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 3.11.2017 10:00:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
- 4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
- 5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
- 6.Ödeme en geç 150 (YÜZELLİ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
- 10.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
- 12.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
- 13.Hastane Yöneticiliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
- 14.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)

"Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)

(Dahili:)1629 Bilgi İçin: EBRU SAYDAM Faks: 0264 275 67 40"

E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

VENTİLATÖR HASTA DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi bölümde kullanılan SLE5000 model ventilatörlerle kullanıma uyumlu olmalı ve Ventilatlörlere uygun akışa göre değişgen sarı renkte bir akış sınırlayıcısına sahip olmalı ve kullanım kolaylığı için hasta devresinin üzerinde hazır ve monteli gelmelidir.
2. Ventilatöre bağlı hastada en iyi sonuçların alınabilmesi için, chamber ara hortumu en fazla 65 cm (± 5 cm), ısıtıcılı inspirasyon hattı uzunluğu 150 cm (± 5 cm) ve su tutuculu ekspirasyon hattı 170 cm (± 5 cm) olmalı, setin tamamının konnektörler dahil çapı 10 mm olmalı, su tutuculu ekspirasyon hattı, ara hortum, basınç ölçüm hattından oluşmalı ve tek kullanımlık olmalıdır. Basınç ölçüm hattı, hasta devresinin ekspirasyon hattına takılabilir olmalıdır.
3. Hasta devresine bölümde kullanılan Nasal CPAP seti takmaya uygun olmalıdır. Her hasta devresi ile birlikte ara bağlantı aparatları verilmelidir.
4. Hasta devresinin inspirasyon hattı içerisindeki ısıtıcı teller spiralli yapıda olmalıdır ve bu özellik sayesinde devre içindeki hava homojen bir şekilde hastaya gönderilmeli ve inspirasyon hattı içerisinde su yoğunlaşması önlenmelidir.
5. Hasta devresi pediatrik/yenidoğan hastalarda kullanıma uygun olmalı ve üzerinde nitrik oksit portu bulunmalıdır.
6. Hasta devresinin 'Y' konnektör kısmı şeffaf olmalı ve hastaya göre 360° dönebilen yapıya sahip olmalı ve kullanım kolaylığı için hasta devresinin üzerinde hazır ve monteli gelmelidir. Harici verilen konnektörler kabul edilmeyecektir.
7. Hasta devresi içeriğinde düşük akım oksijen uygulamaları için adaptör kit bulunmalıdır.
8. Hasta devresi ile birlikte aynı marka bir adet çift şamandıralı otomatik beslemeli chamber verilecektir. Hasta güvenliği açısından chamber içerisinde birincisi arızalandığında otomatik olarak devreye girecek ikinci bir şamandıra bulunmalı ve bu husus chamberin broşüründe açıkca yer almalıdır.
9. Hasta devresi hastanemizde kullanılan ventilatör ve nemlendirici cihazları ile uyumlu olmalıdır.
10. Hasta devresi İnpirasyon hattında iki adet çentikli ısı probu girişi olmalıdır.
11. Hasta devresi gerektiğinde bölümde kullanılan diğer ventilatör cihazlarında kullanıma uygun olmalıdır.

Sağlık Bakanlığı, C. Bakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Cemal GZİYİN
Nefes Solunum Hastalıkları Birim Başkanı

Sağlık Bakanlığı, C. Bakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Doç. Dr. İbrahim GANER
Çocuk Sağ. Hast. Neonatoloji Uzm.
Dip. No: 81057