



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sayı : 83529411-10//1345

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

1.11.2017

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişkide sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

Namık ÇOT
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme/İşin Adı	UBB KODU	Miktarı	Birimi	Tes. Tarihi	Birim Fiyat TL	Toplam Fiyat TL
1	ZEBRA HİDROFİLİK KAPLI KLAVUZ TEL		50	Adet			
						TOPLAM	

İdari Şartlar:

- 1.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
- 2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
- 3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 3.11.2017 10:00:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
- 4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
- 5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
- 6.Ödeme en geç 150 (YÜZELLİ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
- 10.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
- 12.Uygun görülmeyen malzemelerin altını yapılmayacaktır.
- 13.Hastane Yöneticiliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
- 14.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşleştirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)

"Tel: 0264 888 40 29 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)

(Dahili:)1629 Bilgi İçin: EBRU SAYDAM Faks: 0264 275 67 40"

E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

KLAVUZ TEL ŞARTNAMESİ

1. UÇ KISMI DÜZ VE AÇILI TİPDE OLACAK. İSTENİLEN MODEL İSTENİLEN MİKTARDA VERİLEBİLMELİDİR.
2. UÇ KISMI EN AZ 65 MM FLEXİBLE VE HİDROFİLİK KAPLI OLACAKTIR.
3. OPAK MADDE TUTMAYACAK.
4. 0.035 INCH (0.89 MM) ÇAPINDA OLACAK.
5. EN AZ 450 CM UZUNLUĞUNDA OLACAK.
6. ARDIŞIK GELEN İKİ FARKLI RENKTEN OLUŞACAK. HİDROFİLİK UÇ KISMI İSE SİYAH RENKLİ OLACAK.
7. KLAVUZ TEL MATERYALİ NİKEL TİTANYUM VE FLEXİBLE UÇ KISMI PLATİN OLACAK.
8. TEK KULLANIMLIK VE KILIF İÇERİSİNDE YER ALACAK.
9. KLAVUZ TEL YÜKSEK RADYOOPAK GÖRÜNÜME VE KAYGANLIĞA SAHİP OLMALIDIR.
10. TİTUBB KAYDI OLACAK.
11. ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM MODELLER İÇİN UBB KAYDI MEVCUT OLUP VE BARKOD NUMARALARI TEKLİF CETVELİNDE BELİRTİLECEKTİR.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Op. Dr. Hüseyin AYDEMİR
Üroloji Uzmanı
Dip. Teşh. No:115765

Yrd. Doç. Dr. Hilmi GİMEN
Üroloji ABD