



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sayı : 83529411-10//1373

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

2.11.2017

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET  
(Doğrudan Temin)

  
Namık ÇOT  
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme/İşin Adı	UBB KODU	Miktarı	Birimi	Tes. Tarihi	Birim Fiyat TL	Toplam Fiyat TL
1	OFTALMOSKOPİ IŞIK KAYNAĞI 6 VOLT		10	Adet			
						TOPLAM	

İdari Şartlar:

- 1.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
- 2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
- 3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 6.11.2017 10:00:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
- 4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
- 5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
- 6.Ödeme en geç 150 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
- 10.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
- 12.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
- 13.Hastane Yöneticiliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
- 14.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TITUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)

"Tel: 0264 888 40 29 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)

(Dahili: )1629 Bilgi için: EBRU SAYDAM Faks: 0264 275 67 40"

E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

## OFTALMOSKOPİ IŞIK KAYNAĞI 6 VOLT

1. Alımı yapılacak olan malzeme HEINE marka VIDEO OMEGA model oftalmoskopi cihazı ışık kaynağı ampülüdür.
2. Alımı yapılacak olan malzeme 6 Volt DC ile çalışmalıdır.
3. Alınacak ürün, tıbbi cihaz yönetmeliğinin 3.madde (o) bendi gereğince tanı, teşhis ve/veya tedavi amaçlı kullanılacaktır.
4. Raf ömrü olan malzemeler için 24 aylık (2 yıl) raf ömrü bulunmalıdır.
5. Faturalarda veya fatura ekinde teslim edilen malzemelerin varsa marka, model ve seri numaraları yazacaktır.
6. Alınan malzemenin faturadaki ismi ve teknik şartnamedeki ismi aynı olmalıdır.
7. Numunc istenmesi durumunda teklifle birlikte numuneler gönderilmelidir.

T.C.  
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
ATZU ÇETE  
Biyomedikal Teknikeri  
Sicil No.: MM63

T.C.  
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Sevil BİÇER  
Biyomedikal Mühendisi  
Sicil No: MM730051