



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sayı : 83529411-10//1323

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

25.10.2017

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişkide sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)

Namık ÇOTU
İdari ve Mali Hizmetler Müdürü Yrd.

S.No	Malzeme/İşin Adı	UBB KODU	Miktarı	Birimi	Tes. Tarihi	Birim Fiyat TL	Toplam Fiyat TL
1	ENDOSKOPİK MARKER		5	Adet			
2	PERKÜTAN ENDOSKOPİK GASTROSTOMİ KİTİ NO:20		50	Adet			
						TOPLAM	

İdari Şartlar:

- 1.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
- 2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
- 3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 0 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
- 4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
- 5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
- 6.Ödeme en geç 150 (YÜZELLİ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
- 10.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
- 12.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
- 13.Hastane Yöneticiliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
- 14.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)

"Tel: 0264 888 40 58 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)

(Dahili:) 1629 Bilgi İçin: EBRU SAYDAM Faks: 0264 275 67 40"

E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

ENDOSKOPIK MARKER

- 1.Biyoyararlanımı olan ürünlerden oluşmalıdır
- 2.Gastrointestinal mukozada skleroterapi iğnesi ile mukoza altına enjekte edilecek şekilde kullanılabilir
- 3.Serozadan da kolayca seçilebilir
- 4.Enjekte edildiği yerde uzun süre kalıcı olabilir
- 5.Aktif boyar maddesi karbon black olmalıdır
- 6.Steril olmalı, yan etkisi olmamalıdır, pirojenik olmamalıdır
- 7.Enjektör içinde ambalajlanmış olmalıdır
- 8.Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır
- 9.5 cc 'lik enjektörlerde verilmelidir
- 10.Oda sıcaklığında saklanabilir

Doç. Dr. Fatma ALİ TUNÇDORUK
Sakarya Üni. Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 241227910

TC
Sağlık Bakanlığı
Oran ve Kurumlar Bakanlığı
Doç. Dr. Fatma ALİ TUNÇDORUK
Sakarya Üni. Tıp Fakültesi
Gastroenteroloji Uzmanı
Dip. No: 241227910

Sorumlu Hemşire
Sevma Yasar Aywan

PEG Set Pull tip

1. Ürün Perkütan Endoskopik Gastrostomi girişimi için gerekli aksesuarları içeren bir set halinde olmalıdır.
2. Uygulanış şekli Pull Teknik için uygun olmalıdır.
3. Ambalaj bütünlüğü bozulmamış ve PEG Set'in içi gözükebilecek şekilde şeffaf olmalıdır.
4. PEG Set içerisinde;
 - 1 adet vaka için örtü
 - 25 Ga x 1" enjeksiyon iğnesi
 - No.11 Cerrahi bıçak
 - 1 adet snare
 - 1 adet anjiokat veya seldinger iğne
 - 1 adet kılavuz tel (150 cm.lik)
 - 1 adet Silikon 20 FrPegTüp, 9cm'a kadar yazı ile 9cm'den 15cm'ye kadar çizgi ile uzunluk belirteciler bulunmalıdır. Tüpün mide içerisinde kalan kısmı yüksek dereceli silikon Dome şeklinde olmalıdır.
 - 4 x 4 Gauzepad
 - 1 adet makas
 - PEG Tüp ile uyumlu ile uyumlu 2 adet externalbolsters
 - 1 adet C klamp
 - PegTüp'ün dış kısmı ile uyumlu 1 adet Y port
 - 4 adet 2 x 2 drenaj sponge bulunmalıdır.
5. Setin ucunda yer alan mantar kolay çıkmayı engelleyeci olmalıdır.
6. Ürün steril tekli ambalajda bulunmalıdır.
7. Kitin paketi üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır. Kitin en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.
8. Sağlık Bakanlığı onayı olmalıdır.

Doç. Dr.Fatih ALTINTIĞRAK
Sakarya Üniversitesi
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. No: 22441/970

T.C.
Sağlık Bakanlığı
Op. Dr. Dr. Mustafa HOSRAN
Genel Cerrahi Anabilim Dalı
Dip. No: 112335
KİTİNER

sorumlu Atensore
Serima Yozor Ayar

