



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU  
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sayı : 83529411-10//1423

Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

21.11.2017

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET  
(Doğrudan Temin)

  
Namık ÇOT  
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme/İşin Adı	UBB KODU	Miktarı	Birimi	Tes. Tarihi	Birim Fiyat TL	Toplam Fiyat TL
1	BEBEK BOY ÖLÇÜM CETVELİ		1	Adet			
						TOPLAM	

İdari Şartlar:

- 1.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
- 2.Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
- 3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 24.11.2017 11:00:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
- 4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
- 5.Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
- 6.Ödeme en geç 150 ( YÜZELLİ ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdareimiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdareimiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri de değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
- 10.Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
- 12.Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
- 13.Hastane Yöneticiliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
- 14.Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TITUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)

"Tel: 0264 888 40 14 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)

(Dahili: ) 1614 Bilgi İçin: FAHRIYE ASLAN Faks: 0264 275 67 40"

E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

## TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Bebek boy cetveli üzerindeki rakamlar ve ölçüm aralıkları kolay okunur boyutta ve silinmez olmalıdır.
- 2- Ürün ile **0 cm – 100 cm** arasında boy ölçümleri yapılabilmektedir.
- 3- Bebek boy ölçüm cetveli ölçüm aralığı 0,5 santimetredir.
- 4- ölçüm sırasında kolay kırılmaması için ahşaptan yapılmış olmalıdır.
- 5- cetvelin 0 ucunda bebeğin baş çizgisini saptamak için sabit aparat olmalı; cetvelin diğer ucundaysa bebeğin boyuna göre ayarlanması için oynar bir aparat olmalıdır.

T.C. Sakarya Üniversitesi  
Eğitim ve Araştırma Hastanesi  
Uzm. Dr. Yasemin Nil ÜNBÜÇÜZ TANNIRVERDİ  
Tıbbi Sekreterlik  
Dip. Teş. No: 157986