



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Sayı : 83529411-10//19


Konu : Teklif vermeye Davet (Doğrudan Temin)

03.01.2018

Hastanemizin ihtiyacı olup ilişikte sunulan "Teklif Vermeye Davet ile Teknik Şartnamede" cinsi, miktarı ile teknik özellikleri belirtilen malzemeler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin ihale ile satın alınacaktır.

İlgili malzemelere ilişkin teklif fiyatlarınızı; proforma fatura veya kurumunuza ait teklif mektubunuzu kullanarak fiyat vermeniz rica olunur.

TEKLİF VERMEYE DAVET
(Doğrudan Temin)


Namık ÇOT
İdari ve Mali Hizmetler Müdür Yrd.

S.No	Malzeme/İşin Adı	UBB KODU	Miktarı	Birimi	Tes. Tarihi	Birim Fiyat TL	Toplam Fiyat TL
1	ENJEKTÖR UCU 18G (PEMBE) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)		25000	Adet			
2	AMBU (PVC) SET YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)		500	Adet			
3	ASPIRASYON SONDASI NO:14		25000	Adet			
						TOPLAM	

İdari Şartlar:

- 1.Fiyatlar KDV Hariç verilecektir.
2. Vereceğiniz fiyat idaremize teslim fiyatı (Kargo, Nakliye vb.) eklenerek verilmelidir.
- 3.Piyasa Fiyat araştırma mektuplar 04.01.2018 15:00:00 'a kadar kurumumuza ulaştırılmalıdır.
- 4.Marka ve Teslimat süresi belirtilecektir.
5. Varsa; teklif edilen malzemeye ait UBB KODU mutlaka belirtilecektir. Tekliflerde firma tanımlayıcı numara ve bayi tanımlayıcı numara belirtilecektir. Tekliflerde Vergi numarası belirtilmesi zorunludur.
- 6.Ödeme en geç 150 (YÜZELLİ) gün içerisinde yapılacaktır.
7. İdaremiz teklif edilen fiyatların neticesine göre numune isteyebilir.
8. İdaremiz en düşük fiyatı kabul etmek zorunda olmayıp; malzeme seçiminde verimlilik, kalite, malzemenin nevine göre satış sonrası hizmet ile ilgili kriterleri değerlendirir.
9. Stok olmaması, koşulların sağlanamaması gibi durumlarda ise Teklif veremiyoruz veyahut Stok yok ibareli ve kaşe imzalı dönüşlerin yapılması piyasa araştırması yapıldığının belgelendirilmesi adına öneme sahiptir.
10. Teklif veren firmalar teklif ettikleri malzemenin teknik şartnameye uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.
11. Numune değerlendirilmesi yapılmayan durumlarda muayene kabul aşamasında malzemenin teknik şartnameye uygunluğu muayene kabul komisyonunca değerlendirilir.
12. Uygun görülmeyen malzemelerin alımı yapılmayacaktır.
13. Hastane Yöneticiliğimiz firmanın teknik şartnameye uygun teklif vermemesinden dolayı hiçbir hukuki sorumluluğu kabul etmeyecektir.
14. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığının 23.02.2016 tarih ve 19617613 sayılı yazısına istinaden TİTUBB üzerinden barkod eşletirilmelerini yanlış,hatalı yapan firmalara yanlış eşleştirmeden kaynaklanan doğacak zararlar rücu edilecektir.

Adres : Adnan Menderes Cad. Sağlık Sk. NO.193 K.1 Satın Alma Birimi Adapazarı/SAKARYA (Merkez Kampüsü)

"Tel: 0264 888 40 15 (SABİT) 444 54 00 (SANTRAL)

(Dahili:) 1625 Bilgi İçin: SERDAR C. Faks: 0264 275 67 40"

E-mail : Doğrudan temin için: seahdogrudantemin@gmail.com

S.NO	MALZEME ADI	BİRİMİ
1	ENJEKTÖR UCU 18G (PEMBE) DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	Adet
<p align="center">ENJEKTÖR UCU DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK) 18G (PEMBE)</p> <p>1. İğne ucu ve biçimleri uluslar arası standartlara uygun renk, ölçü ve biçimlerde olmalıdır.</p> <p>2. Steril kullanıma hazır olmalıdır.</p> <p>3. Her marka ve numaradaki disposable enjektörlere uygun olmalıdır.</p> <p>4. Medikal polipropilen ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.</p> <p>5. Konik bağlantı eğimi %6 luer olmalıdır.</p> <p>6. Renksiz polipropilen kılıf içinde olmalıdır.</p> <p>7. Ürün üzerinde imal tarihi, son kullanma tarihi, lot numarası v.s. yazılı olmalıdır. Ürün Ulusal Bilgi Bankasında kayıtlı olmalıdır.</p>		

Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dudu Çiğdem
Sağlık Memuru
Sicil No: 151648

Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dudu Çiğdem
Sağlık Memuru
Sicil No: 151648

S.NO	MALZEME ADI	BİRİMİ
2	AMBU (PVC) SET YETİŞKİN DİSPOSABLE (TEK KULLANIMLIK)	Adet
<p align="center">AMBU SET YETİŞKİN(DİSPOSABLE) TEK KULLANIMLIK TEKNİK ŞARTNAMESİ</p> <p>1- Ürün medikal PVC ‘den üretilmiş olmalıdır.</p> <p>2- Ambu maskesi hastaya uygun anatomik yapıda olmalıdır.</p> <p>3- Oksijen tüpüne bağlantı hortumu ve oksijen rezervuar torbası içermelidir.</p> <p>4- 3 (üç) adet airway ve 1 adet ağız açacağı bulunmalıdır.</p> <p>5- Ambu cihazı kullanımı ve teknik özelliklerini anlatan kitapçığı olmalıdır.</p> <p>6- Set kapağı üstten açılabilir özel şeffaf çanta içinde olmalıdır.</p> <p>7- Basınç kapasitesi yetişkinlerde 60+ / -10 cm. h20 olmalıdır.</p> <p>8- Ambu balon kapasitesi yetişkinlerde 1500 / 1350 ml olmalıdır.</p> <p>9- Oksijen rezervuar torbası kapasitesi yetişkinlerde 1500 / 1350 ml. Olmalıdır.</p> <p>10- Yetişkinlerde mx45 nefes / dakika olmalıdır.</p> <p>11- Oksijen konsantrasyonu rezervuar torbası ile %99 ‘ dur. Rezervuarsız ise yetişkin ve çocuklarda % 45 olmalıdır.</p>		

T.C.
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Dudu Çiğdem
Sağlık Memuru
Sicil No: 151648

T.C.
Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Ebe Hmş. Filiz AKINCI
Acil Klinik Sorumlusu
Dip. Tes. No: 44658